

Опросный лист №1

Стенд для испытания огнепреградителей

Комплектация	Стенд, шкаф управления с управлением на сенсорной панели, комплект установочных колец под разные Ду огнепреградителей, комплект уплотнительных колец, баллон газовой -1 шт, газовый шланг, Паспорт, руководство по эксплуатации, первичная аттестация на эксплуатирующую организацию, методика первичной аттестации.
Технические характеристики (подробные) с интервалом измерений	Рабочая среда: смесь пропана с воздухом, диаметры испытываемых кассет: 40-900 мм, электрическое питание: 220 В, 50 Гц, наличие колес, сенсорная русскоязычная панель управления стендом, автоматический вывод результатов о пригодности или непригодности огнепреградителя. возможность записи результатов испытаний на USB-носитель, модульная конструкция стенда для замены вышедших из строя деталей без вызова сервисных бригад, габариты стенда (ДхШхВ) мм: 1200х1000х1000, масса стенда не более 100 кг.
ГОСТ (действующий)	ГОСТ Р 53323-2009

Базис поставки: 678158, РФ, Республика Саха-Якутия, Ленский район, п.Пеледуй, ул. Пристанская,7

Заместитель начальника управления
по капитальному строительству и
общим вопросам



Н.П. Зыкин

Заместитель начальника ОГМ ЧНГПУ



В.Д. Мусынов